

Józefów, dnia 02.10.2025 r

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23 – 460 Józefów

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawy wyposażenia w postępowaniu realizowanym w ramach zadania realizowanego z „**Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026**” przesyła niniejszym treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniu 01.10.2025r wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczącymi ogłoszenia IN.271.O.9.2025.RC z dnia 29.09.2025r.

- 1) Czy dopuszczają Państwo do postępowania defibrylator o następujących parametrach , posiada funkcję dzieci dorosłych bez klucza czy dodatkowych elektrod :

Cechy:

- defibrylator półautomatyczny (AED informuje kiedy zalecana jest defibrylacja, wstrząs uwalniany przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku)
- automatyczne dopasowanie głośności komunikatów do otaczających dźwięków
- wyraźne polecenia głosowe w j. polskim
- uniwersalne elektrody, dla dzieci i dorosłych
- tryb pediatryczny uruchamiany za pomocą jednego przycisku
- autoryzowany serwis w Polsce
- czas ładowania do wstrząsu wynosi 6 s
- wyświetlacz pokazuje poziom naładowania baterii i stan elektrod
- automatyczne autotesty urządzenia (dziennie, tygodniowe, miesięczne)
- odporny na uszkodzenia mechaniczne, upadek z 1,2m, kurz i wilgoć (norma IP55)
- wewnętrzna karta pamięci umożliwia zapis do 5 operacji (każda po 3h)
- zasilanie długowieczną baterią 12V DC, 4,2Ah LiMnO₂
- wydajność baterii 200 wyładowań dla nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej
- 5 letnia gwarancja

Dane techniczne:

- wymiary 26 x 25,6 x 6,9 (cm)
- waga 2,4 kg (z baterią i elektrodami)
- bateria litowo manganowa 12V DC, 4,2Ah LiMnO₂
- energia wstrząsu dorośli - 150 J, dzieci - 50 J

Zestaw zawiera:

- defibrylator CU Medical Systems iPAD SP1
- uniwersalne elektrody (dla dzieci i dorosłych)
- 5 letnią baterię
- torbę transportową

- instrukcję użytkowania w j. polskim

ODP. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

2) Czy dopuszczają Państwo do postępowania zestawu R1 (dotyczy punktu Torba PSP R1 , Torba PSP R1 dla podmiotów OL i OC) w plecaku nowej generacji z następującą specyfikacją :

„Plecak medyczny **R1 BlueMED** stworzony przez ratowników medycznych dla ratowników. BlueMed R1 to połączenie dwóch plecaków za pomocą opatentowanych klamer magnetycznych celem szybkiego rozpięcia, oraz użycie ich jako niezależnych, gdy potrzebna tlenoterapia lub opatrunki. Plecaki po rozpięciu można ułożyć w literę „L” co pozwala na dostęp do każdej saszetki na wyciągnięcie ręki. Plecak został uszyty z trudnopalnego , certyfikowanego w pełni zmywalnego materiału PLAN w kolorze czerwonym i niebieskim posiadający fluorescencyjne taśmy suwakowe marki YKK oraz zamki YKK . Modułowy plecak zawiera saszetki segregacyjne wykonane z materiału typu CORDURA mocowane do torby za pomocą rzepów. Każda z saszetek zawiera system gumek, kieszonek i uchwytów , które pozwalają posegregować sprzęt. Saszetki w plecaku R1 BlueMED posiadają duże przezroczyste okno, które umożliwia szybkie zidentyfikowanie sprzętu, który się w nim znajduje, jak również małe okienko z możliwością umieszczenia informacji np. daty ważności produktów. Uchwyty przy saszetkach wykonane z taśmy nośnej, zawierające nazwę każdej saszetki. Plecaki zabezpieczone grubą pianką sieciowaną. - Plecak posiada 2 uchwyty transportowe do przenoszenia w rękę, które rozmieszczone są w sposób umożliwiający transport w pozycji pionowej (uchwyt na szczycie plecaka) oraz poziomej (uchwyt boczny). - Spód plecaka zabezpieczony 4 gumowymi elementami typu „jeżyk” i zabezpieczony materiałem tarpaulin. - Plecak uszyty nićmi rdzeniowymi (najmocniejsze z dostępnych na rynku nićmi) które gwarantują odporność na przetarcia i rozerwania. - Zastosowano taśmy odblaskowe wysokiej jakości oraz trudnopalne. (jesteśmy jednym z nielicznych producentów plecaków medycznych stosujących takie taśmy). - Z boku plecaka znajduje się kieszeń na rękawiczki oraz maski chirurgiczne. - Plecak posiada pas biodrowy oraz metalowe karabińczyki o bardzo dużej wytrzymałości. - Plecak oznaczony gwiazdą życia, napisem R1”

ODP. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

3) Czy R1 wymieniona w pozycji „Torba PSP R1 dla podmiotów OL i OC „, powinien posiadać wyposażenie czy może ma być to sam plecak bez wyposażenia ? Jeżeli ma posiadać wyposażenia czy ma ono zawierać deskę ortopedyczną oraz zestaw szyn Kramera jak to jest w wytycznych KSRG 2021 r.

ODP. Zamawiający informuje, że Torba PSP R1 dla podmiotów OL i OC nie musi posiadać deski ortopedycznej oraz zestawu szyn Kramera.

4) Czy dopuszczają Państwo okres ważności produktów sterylnych w poz. „torba apteczna” wynoszący 80 % całkowitego terminu jaki nadaje producent. Termin ważności 5 lat w wielu wypadkach jest niemożliwy ponieważ niektórzy producenci nadają terminy max 3 letnie.

ODP. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, przy założeniu że 80% terminu to 4 lata.

5) Proszę o wydzielenie środków odkażających do oddzielnego pakietu ze względu, iż są to leki i sprzedawać mogą je tylko i wyłącznie hurtownie farmaceutyczne.

ODP. Zamawiający wyłącza pozycję Środki odkażające-zestaw Jodyna , woda utleniona, spirytus salicylowy z zapytania ofertowego i załącza aktualny załącznik nr 1 oferta (02.10.2025), załącznik nr 2 (02.10.2025 i załącznik nr 4 (02.10.2025)

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści zapytania ofertowego stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.



RMISTK
Roman Dziura

