

Józefów, dnia 07.10.2025 r

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23 – 460 Józefów

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawy wyposażenia w postępowaniu realizowanym w ramach zadania realizowanego z „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” przesyła niniejszym treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniu 06.10.2025r wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczącymi ogłoszenia IN.271.O.9.2025.RC z dnia 29.09.2025r.

1. Zwracam się z prośbą o dokonanie zmiany w zapisach postępowania.

W tabeli jest punkt następujący:

Środki odkazujące- zestaw Jodyna, woda utleniona, spirytus salicylowy	Skład zestawu : <u>Jodyna x 2</u> -100 g produktu zawiera 3,0 g jodu. Substancje pomocnicze: jodek potasu, etanol (96%), woda oczyszczona-poj. Butelki 20 g x 2 <u>Woda utleniona x 2</u> - skład Hydrogenii peroxidum (nadtlenek wodoru) 30% - 10,0 g (stabilizowany kwasem 1- hydroxyetano 1,1 - difosf disodu difosforanem - 100 mg/l),woda oczyszczona 90,0 g. poj. But poj.100 gr. x 2 <u>Spirytus salicylowy</u> - Skład: Acidum salicylicum 2,0%, Ethanolum 760g/l 68,0%, Aqua 30,0%
--	--

Są to produkty będące lekami, których sprzedaż ograniczona jest do podmiotów posiadających stosowne uprawnienia. Uniemożliwia to podmiotom takim jak my złożenie oferty. Tymczasem wszystkie pozostałe produkty/urządzenia jak najbardziej są w naszej ofercie. Czy zamawiający może usunąć tę część zapotrzebowania lub przesunąć ją do osobnego pakietu umożliwiając złożenie oferty firmom takim jak nasza? Będzie to z wielką korzyścią dla konkurencyjności ofert. Dzięki temu otrzymacie Państwo najlepsze oferty z rynku. Powszechnie nie łączy się w przetargach leków z produktami takimi jak pozostałe na Państwa liście.

ODP. Zamawiający wyłączył ten punkt z postępowania odpowiedzią z dnia 02.10.2025r. oraz dokonał zmiany załączników.

2. W nawiązaniu do zapytania jak w tytule maila (w załączeniu), proszę o informację dotyczącą wymogów (specyfikacji technicznej) dawkomierzy osobistych (pozycja 20 w zapytaniu). Nasza firma dostarcza tego rodzaju urządzenia do szeregu instytucji i organizacji państwowych w tym do organizacji samorządowych w ramach ww. programu. Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty, ale niestety nie możemy porównać naszych produktów z Państwa oczekiwaniami. Dotychczas oferowaliśmy dozymetry, jak w kartach katalogowych w załączeniu. W oczekiwaniu na PILNĄ odpowiedź,

ODP. Zamawiający uszczegóławia dane techniczne w dodanym załączniku nr 4 z dnia 07.10.2025.

3. Czy Zamawiający wydzieli sprzęt medyczny taki jak apteczki, torby, defibrylatory i nosze do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

ODP. Zamawiający pozostawia zapisy zamówienia w tym zakresie bez zmian.

4. Czy Zamawiający dopuści nosze składane o specyfikacji technicznej?

- Rozmiar po rozłożeniu: 215x52x12cm (wymagana 221 x 53 x 16 cm)
- Rozmiar po złożeniu: 25x20x12 (wymagana 104 x 19 x 12 cm)
- Waga: 6kg (wymagana 5 kg)
- Maksymalne obciążenie: 159 kg (wymagana 150 kg)

ODP. Zamawiający pozostawia zapisy zamówienia w tym zakresie bez zmian.

5. Czy Zamawiający dopuści defibrylator półautomatyczny o pojemności baterii 300 defibrylacji (wymagane 200) z okresem trwałości baterii 7 lat (wymagane 4 lata)? Tryb pediatryczny odbywa się po zmianie elektrod na pediatryczne. Komunikacja -bezprowadowa transmisja danych do komputera odbywa się przez kartę danych. Ciężar ok. 2 kg, wymiary 22x17x6cm, stopień ochrony IP54 (produkt odporny na kurz i rozpryski wody). Przechowywanie danych zapis pierwszych 20 minut EKG (wymagane 15 min). Urządzenie nie posiada trybu szkoleniowego

ODP. Zamawiający pozostawia zapisy zamówienia w tym zakresie bez zmian.

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści zapytania ofertowego stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.



Roman Dziura